DOCUMENTO OFICIAL LICITATÓRIO Nº 401/2026

MUNICÍPIO DE CANOAS – RS SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES EDITAL: 0175/2026 PROCESSO: 25.0.000044329-0 PNCP 88577416000118-1-000130/2026 Objeto: Pregão eletrônico (14.133/21) - EDITAL N.º 175/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médico Hospitalares para o Hospital Universitário - HU. Conforme Anexo I do Termo de Referência do Edital. ESCLARECIMENTOS Pedido de esclarecimento **Protocolo 34815** Situação: Respondido Data do pedido: 31/07/2026 09:08 Solicitação: A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34.007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/000185, vem, respeitosamente, requerer dos pontos abaixo especificados. Documentos anexados: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 1752026 - MUNICÍPIO DE CANOAS Acompanhamentos Data: 21/08/2026 14:11 Mensagem: A resposta foi revogada com a justificava: Colocar a Ata Publicada A resposta anterior com registro em 21/08/2026 11:27: Em resposta ao Protocolo: 34815 a Secretaria requisitante por intermédio do servidor responsável, Sr. Luiz Fernando Haeffner Petry Junior – Técnico Municipal – Técnico Administrativo, manifesta-se nos seguintes termos: Encaminho com o TR revisado para prosseguimento ao Edital 175/2026.Respondendo ao pedido de esclarecimentos da empresa Konica, Anexo 3443640, foram incluídas no objeto do item 1 as seguintes considerações: "Caberá à empresa, antes da entrega e instalação do equipamento, realizar vistoria técnica no local de instalação; apresentar os requisitos definitivos de alimentação elétrica e infraestrutura exigidos pelo modelo ofertado; fornecer os diagramas elétricos, cargas, potências, correntes, proteções, aterramento e demais informações técnicas necessárias; informar previamente eventuais incompatibilidades identificadas; executar as ligações, interligações e conexões próprias do equipamento; fornecer os cabos, conectores, acessórios, interfaces e demais componentes específicos que integrem ou sejam indispensáveis ao equipamento fornecido; realizar a instalação, montagem, calibração, testes de funcionamento e liberação técnica do equipamento. Eventuais adequações decorrentes de características particulares do equipamento ofertado, que excedam os requisitos usuais e previstos para equipamentos de Raios X Digital de mesma categoria, deverão ser previamente informadas e detalhadas na proposta da licitante, não sendo admitida cobrança posterior por requisitos técnicos que deveriam ser conhecidos pelo fabricante ou fornecedor. Ainda, informamos que o descritivo do item 1 não altera a pesquisa de preços, na avaliação desta Unidade. Atenciosamente. Data: 03/08/2026 12:10 Mensagem: Boa Tarde, Sr. Licitante seu pedido de esclarecimento foi encaminhado ao órgão requisitante, tão logo seja respondido estaremos enviando sua resposta. Resposta Data: 21/08/2026 14:20 Responsável: DIONÉIA ENGHUSEN Texto: **Em resposta ao Protocolo: 34815** a Secretaria requisitante por intermédio do servidor responsável, Sr. Luiz Fernando Haeffner Petry Junior – Técnico Municipal – Técnico Administrativo, manifesta-se nos seguintes termos: Encaminho com o TR revisado para prosseguimento ao Edital 175/2026.Respondendo ao pedido de esclarecimentos da empresa Konica, Anexo 3443640, foram incluídas no objeto do item 1 as seguintes considerações: "Caberá à empresa, antes da entrega e instalação do equipamento, realizar vistoria técnica no local de instalação; apresentar os requisitos definitivos de alimentação elétrica e infraestrutura exigidos pelo modelo ofertado; fornecer os diagramas elétricos, cargas, potências, correntes, proteções, aterramento e demais informações técnicas necessárias; informar previamente eventuais incompatibilidades identificadas; executar as

ligações, interligações e conexões próprias do equipamento; fornecer os cabos, conectores, acessórios, interfaces e demais componentes específicos que integrem ou sejam indispensáveis ao equipamento fornecido; realizar a instalação, montagem, calibração, testes de funcionamento e liberação técnica do equipamento. Eventuais adequações decorrentes de características particulares do equipamento ofertado, que excedam os requisitos usuais e previstos para equipamentos de Raios X Digital de mesma categoria, deverão ser previamente informadas e detalhadas na proposta da licitante, não sendo admitida cobrança posterior por requisitos técnicos que deveriam ser conhecidos pelo fabricante ou fornecedor. Ainda, informamos que o descritivo do item 1 não altera a pesquisa de preços, na avaliação desta Unidade. Atenciosamente Documentos anexados: Resposta ao Pedido de Esclarecimento Secretaria Requisitante Resposta ao Pedido de Esclarecimento IMPUGNAÇÕES Não foram registrados pedidos de impugnação. Data/Hora de Geração deste documento: 14/09/2026 14:20 -